



## Mouse anti-Vimentin

Cat. No.: MSK023 (1 ml concentré); MSK023-05 (0,5 ml concentré);  
MSG023 (6 ml prêt à l'emploi)

### Mode d'emploi

#### Champs d'application

L'anticorps est destiné à la détection de l'antigène Vimentine dans des tissus fixés au formol et inclus en paraffine. Pour l'utilisation en diagnostic in vitro.

#### Spécifications

<b>Spécificité:</b>	Vimentine
<b>Immunogène:</b>	Vimentine de cristallin de porc
<b>Clone:</b>	V9
<b>Classe d'immunoglobuline:</b>	IgG1 de souris
<b>Réactivité d'espèce:</b>	humain +, souris +, rat +, chien +, cochon +, pas testés sur d'autres espèces

#### Résumé et déclaration

La Vimentine forme le filament intermédiaire prépondérant des cellules non-musculaires mésenchymateuses ou dérivées du mésenchyme. On la trouve par exemple dans toutes les cellules fibroblastiques, les cellules endothéliales, les macrophages, les lymphocytes, les mélanocytes et les cellules de Sertoli. Tous les lymphomes et les sarcomes expriment la Vimentine. Chez beaucoup de cellules épithéliales et chez les carcinomes qui en dérivent on observe une co-expression de la vimentine et de cytokératines. La mise en évidence de la vimentine est particulièrement recommandée lors de la caractérisation de métastases d'origine inconnue. L'anticorps monoclonal du clone V9 anti-Vimentine est de surcroît tout à fait indiqué pour contrôler le degré de fixation des échantillons fixés au formol (Battifora 1991).

#### Réactifs fournis

Anticorps monoclonal de souris mis dans une solution de tampon TBS incluant des protéines de protection et un agent conservateur pour la stabilisation de l'anticorps. Disponible dans les formats suivants:

<b>Concentré:</b>	1 ml	(Cat. No. MSK023)
<b>Concentré:</b>	0,5 ml	(Cat. No. MSK023-05)
<b>Prédiélué:</b>	6 ml	(Cat. No. MSG023)

#### Dilution de l'anticorps primaire

L'anticorps concentré doit être dilué en fonction du système de détection utilisé. La dilution définitive doit toujours être déterminée par l'utilisateur. L'établissement du protocole de coloration doit toujours être fait par une personne expérimentée. Vous trouverez nos recommandations dans le paragraphe "Protocole de coloration".

#### Stockage et manipulation

L'anticorps doit être stocké à 2-8°C sans dilution supplémentaire.

Si des dilutions de l'anticorps sont nécessaires, celles-ci doivent être préparées avec un tampon de dilution adéquat (par ex. Zytomed Systems ZUC025). L'anticorps dilué peut être stocké après usage à 2-8°C. La stabilité de cette solution de travail dépend de différents facteurs et doit être vérifiée par des contrôles appropriés.

L'anticorps livré peut être conservé jusqu'à la date de péremption en cas de stockage à 2-8°C. L'anticorps ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption. Les témoins positifs et négatifs doivent être employés parallèlement au matériel à analyser. Si l'on observe une coloration inattendue ou des différences par rapport au résultat de coloration attendu, qui sont dues au réactif, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local.

#### Mesures de précaution

Utilisation par du personnel spécialisé et formé. Porter un équipement de protection approprié afin d'éviter tout contact des réactifs avec les yeux, la peau ou les muqueuses. En cas de contact avec un des réactifs à un endroit sensible, rincer immédiatement à grande eau. Il faut éviter toute souillure microbienne des réactifs au risque, sinon, de voir apparaître une coloration non spécifique.

ProClin 300 et l'azide de sodium (NaN<sub>3</sub>) utilisés pour la stabilisation ne sont pas considérés comme des matières dangereuses dans les présentes concentrations.

Des enrichissements en azide de sodium peuvent conduire à la formation d'azides métalliques hautement explosifs dans des tuyaux d'écoulement en plomb et en cuivre. Afin d'éviter de tels enrichissements en azide de sodium dans des tuyaux d'écoulement, il faut rincer avec beaucoup d'eau après l'élimination. La fiche de sécurité pour la substance pure est disponible sur demande.

## Protocole de coloration

Veillez-vous référer aux recommandations ci-dessous pour l'anticorps. Veuillez prendre en considération également les indications pour le protocole de coloration dans la notice d'emballage du système de détection que vous utilisez.

### Paramètres

\*Prétraitement

### Recommandations Zytomed Systems

Optionnel: Démasquage antigénique par la chaleur dans du tampon Citrate pH 6,0 (par exemple ZUC028)

\*Tissus de contrôle

Peau

\*Dilution d'usage

1:100-1:200 (pour les formats concentrés)

\*Temps d'incubation

30 minutes

## Contrôle de qualité

Le tissu de contrôle recommandé pour cet examen est la peau. Nous recommandons d'effectuer un contrôle positif et négatif pour chaque analyse. Veuillez observer également pour les mesures générales de contrôle de qualité la notice d'emballage du système de détection.

## Recherche d'erreurs

En cas de colorations anormales, veuillez lire la notice explicative du système de détection ou contacter le fabricant ou votre distributeur local.

## Résultats à attendre

L'anticorps présente un résultat positif pour les cellules d'origine mésenchymateuse dans les tissus fixés au formol et inclus en paraffine. L'interprétation des résultats de la coloration est de la responsabilité de l'utilisateur. Chaque expérience doit être vérifiée par une méthode médicalement établie ou par un produit diagnostique.

## Limites de la méthode

L'immunohistochimie est une méthode complexe au sein desquelles sont combinées des méthodes de détection histologiques et immunologiques. Le traitement du tissu ou la manipulation des échantillons en amont de l'immunohistologie proprement dite peut conduire à des résultats imprécis si les directives n'ont pas été respectées (Nadji and Morales, 1983). L'activité de la peroxydase endogène, l'activité de la pseudo-peroxydase dans les érythrocytes ou la teneur en biotine endogène peut provoquer des colorations non spécifiques selon le système de détection utilisé. Le tissu qui contient l'antigène d'enveloppe du virus de l'hépatite B (HBsAg), peut provoquer des faux positifs en cas d'utilisation de systèmes de détection avec HRP (horseradish peroxidase) (Omata *et al*, 1980). Une contre-coloration insuffisante ou une mauvaise couverture peut influencer l'interprétation des résultats. Zytomed Systems garantit que le produit remplira toutes les exigences indiquées et sera conservable jusqu'à la date de péremption, si les conditions de stockage et d'utilisation sont suivies. Nous ne pouvons pas offrir d'autres garanties.

## Performance

Zytomed Systems a réalisé des études concernant la performance de l'anticorps en combinaison avec des systèmes de détection standards. Tous les produits ont été jugés comme sensibles et spécifiques pour l'antigène. Aucune réactivité croisée significative n'a été observée.

## Littérature

Battifora H. Am J Clin Pathol 96:669-671, 1991

Azumi N und Battifora H. Am J Clin Pathol 88:286-296, 1987

Churg A et al. Am J Surg Pathol 9:360-365, 1985

Jasani B et al. Virchows Arch A Pathol Anat Histopathol 406: 441-448, 1985

Mullink H S et al. Virchows Arch B Cell Pathol Incl Mol Pathol 52:55-65, 1986

Nadji M and Morales AR Ann N.Y. Acad Sci 420:134-9, 1983

Omata M et al. Am J Clin Pathol 73(5): 626-32, 1980

31 Mai 2013

Rev: A0513

MSK023-Vimentin-A0111\_frz.doc

Légende des symboles sur les étiquettes:

<b>REF</b>	Bestellnummer Catalog Number Reference du catalogue		Verwendbar bis Use By Utiliser jusque		Gebrauchsanweisung beachten Consult Instructions for use Consulter les instructions d'utilisation
<b>LOT</b>	Chargenbezeichnung Batch Code Code du lot		Lagerungstemperatur Temperature Limitation Limites de température	<b>RUO</b>	Nur für Forschungszwecke For Research Use Only Pour la recherche uniquement
<b>IVD</b>	In vitro Diagnostikum In Vitro Diagnostic Medical Device Dispositif médical de diagnostic in vitro		Achtung Warning Attention		Hersteller / Manufacturer / Fabricant Zytomed Systems GmbH • Anhaltinerstraße 16 14163 Berlin, Germany • Tel: (+49) 30-804 984 990 www.zytomed-systems.com