



Mouse anti-Desmin

Cat. No.: BMS007 (16 ml prêt à l'emploi)

Mode d'emploi

Champs d'application

L'anticorps est destiné à la détection de l'antigène Desmine dans des tissus fixés au formol et inclus dans la paraffine. Pour l'utilisation en diagnostic in vitro.

Spécifications

Spécificité:	Desmin
Immunogène:	Desmine purifiée provenant de muscle humaine
Clone:	D33
Classe d'immunoglobuline:	IgG1 kappa de souris
Réactivité d'espèce:	humain +, souris +, rat +, pas testés sur d'autres espèces

Résumé et déclaration

Avec d'autres protéines des filaments intermédiaires, la Desmine participe au cytosquelette, le réseau cytoplasmique de la cellule. La Desmine est une protéine filamenteuse de 53 kDa exprimée dans les cellules musculaires lisses et les cellules musculaires striées squelettiques et cardiaques. La spécificité de l'anticorps anti-Desmine pour les cellules musculaires est une aide précieuse pour l'identification des sarcomes dérivés des cellules musculaires lisses et striées à savoir les rhabdomyosarcomes et les léiomyosarcomes. L'anticorps anti-Desmine ne présente aucune réactivité vis-à-vis des cytokératines, de la GFAP, des neurofilaments et de la vimentine.

Réactifs fournis

Anticorps monoclonal de souris dans une solution de tampon incluant des protéines de protection et un agent conservateur pour la stabilisation de l'anticorps. Le format disponible:

Prédiué: 16 ml (Cat. No. BMS007)

Dilution de l'anticorps primaire

Aucun

Stockage et manipulation

L'anticorps doit être stocké à 2-8°C sans dilution supplémentaire.

Si des dilutions de l'anticorps sont nécessaires, celles-ci doivent être préparées avec un tampon de dilution adéquat (par ex. Zytomed Systems ZUC025). L'anticorps dilué peut être stocké après usage à 2-8°C. La stabilité de cette solution de travail dépend de différents facteurs et doit être vérifiée par des contrôles appropriés.

L'anticorps livré peut être conservé jusqu'à la date de péremption en cas de stockage à 2-8°C. L'anticorps ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption. Les témoins positifs et négatifs doivent être employés parallèlement au matériel à analyser. Si l'on observe une coloration inattendue ou des différences par rapport au résultat de coloration attendu, qui sont dues au réactif, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local.

Mesures de précaution

Utilisation par du personnel spécialisé et formé. Porter un équipement de protection approprié afin d'éviter tout contact des réactifs avec les yeux, la peau ou les muqueuses. En cas de contact avec un des réactifs à un endroit sensible, rincer immédiatement à grande eau. Il faut éviter toute souillure microbienne des réactifs au risque, sinon, de voir apparaître une coloration non spécifique.

ProClin 300 est utilisé pour la stabilisation. La fiche de sécurité est disponible sur demande.

Protocole de coloration

Veuillez-vous référer aux recommandations ci-dessous pour l'anticorps. Veuillez prendre en considération également les indications pour le protocole de coloration dans la notice d'emballage du système de détection que vous utilisez.

Paramètres

Paramètres	Recommandations Zytomed Systems
*Prétraitement	Démasquage antigénique par la chaleur (par exemple dans du tampon Citrate pH 6,0 ZUC028)
*Tissus de contrôle	Léiomyome
*Dilution d'usage	Aucun
*Temps d'incubation	30 - 60 minutes

Contrôle de qualité

Le tissu de contrôle recommandé pour cet examen est une léiomyome. Veuillez observer également pour les mesures générales de contrôle de qualité la notice d'emballage du système de détection.

Recherche d'erreurs

En cas de colorations anormales, veuillez lire la notice explicative du système de détection ou contacter le fabricant ou votre distributeur local.

Résultats à attendre

L'anticorps présente un résultat positif au niveau du cytoplasme des cellules musculaires dans les tissus fixés au formol et inclus en paraffine. L'interprétation des résultats de la coloration est de la responsabilité de l'utilisateur. Chaque expérience doit être vérifiée par une méthode médicalement établie ou par un produit diagnostique.

Limites de la méthode

L'immunohistochimie est une méthode complexe au sein de laquelle sont combinées des méthodes de détection histologiques et immunologiques. Le traitement du tissu ou la manipulation des échantillons en amont de l'immunohistologie proprement dite peut conduire à des résultats imprécis si les directives n'ont pas été respectées (Nadji and Morales, 1983). L'activité de la peroxydase endogène, l'activité de la pseudo-peroxydase dans les érythrocytes ou la teneur en biotine endogène peut provoquer des colorations non spécifiques selon le système de détection utilisé. Le tissu qui contient l'antigène d'enveloppe du virus de l'hépatite B (HBsAg), peut provoquer des faux positifs en cas d'utilisation de systèmes de détection avec HRP (horseradish peroxidase) (Omata *et al*, 1980). Une contre-coloration insuffisante ou une mauvaise couverture peut influencer l'interprétation des résultats. Zytomed Systems garantit que le produit remplira toutes les exigences indiquées et sera conservable jusqu'à la date de péremption, si les conditions de stockage et d'utilisation sont suivies. Nous ne pouvons pas offrir d'autres garanties.

Performance

Zytomed Systems a réalisé des études concernant la performance de l'anticorps en combinaison avec des systèmes de détection standards. Tous les produits ont été jugés comme sensibles et spécifiques pour l'antigène. Aucune réactivité croisée significative n'a été observée.

Littérature

Franke WW *et al*. Proc Nat Acad Sci USA 75:5034-5038, 1978
Gabbiani G *et al*. Am J Pathol 104:206-216, 1981
Altmannsberger M *et al*. Am J Pathol 118:85-95, 1985

Azumi N *et al*. Modern Pathol 1:469-474, 1988
Nadji M and Morales AR Ann N.Y. Acad Sci 420:134-9, 1983
Omata M *et al*. Am J Clin Pathol 73(5): 626-32, 1980

01 Octobre 2015

Rev: A1015

Doc: DBF_ BMS007

Légende des symboles sur les étiquettes:

REF	Bestellnummer Catalog Number Reference du catalogue		Verwendbar bis Use By Utiliser jusque		Gebrauchsanweisung beachten Consult Instructions for use Consulter les instructions d'utilisation
LOT	Chargenbezeichnung Batch Code Code du lot		Lagerungstemperatur Temperature Limitation Limites de température	RUO	Nur für Forschungszwecke For Research Use Only Pour la recherche uniquement
IVD	In vitro Diagnostikum In Vitro Diagnostic Medical Device Dispositif médical de diagnostic in vitro		Achtung Warning Attention		Hersteller / Manufacturer / Fabricant Zytomed Systems GmbH • Anhaltinerstraße 16 14163 Berlin, Germany • Tel: (+49) 30-804 984 990 www.zytomed-systems.com